



Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

[Information importante concernant le suivi des femmes porteuses d'implants mammaires préremplis de gel de silicone PIP - Lettre aux professionnels de santé](#)

Le comité d'experts réuni le 22 décembre par l'Institut national du Cancer (INCA) estime qu'il n'y a pas, à ce jour, de données permettant de conclure à un sur-risque de cancer chez les femmes porteuses d'implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, mais que le risque de rupture et le pouvoir irritant du gel sont bien établis, confirmant en cela les avis précédemment formulés par l'Afssaps.

Au vu de ces avis, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat chargée de la santé recommandent que les femmes porteuses d'implants, lorsqu'elles consultent leur chirurgien, se voient proposer l'explantation des prothèses, à titre préventif et sans urgence.

- Information importante concernant le suivi des femmes porteuses d'implants mammaires préremplis de gel de silicone PIP - Lettre aux professionnels de santé (23/12/2011) (38 ko)

Lire aussi

- Dossier thématique "Implants mammaires PIP pré-remplis de gel de silicone" : Actualité - Nouvelles recommandations de suivi des femmes porteuses d'implants PIP